

**Протокол итогов №30
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений**

«19» февраля 2026 года

г. Астана

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правила) осуществили закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень запрашиваемых товаров, краткое описание, цена запрашиваемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. По результатам рассмотрения:

3.1. По результатам рассмотрения по следующему лоту, закупки признаны не состоявшимися, т.к. представлено менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков, предусмотренные п. 10.8 Правил:

1) Лот № 1 – ИП «Воробьева Е.М.», РК, г. Астана, проспект Аль-Фараби, дом 30/4, кв. 10, на сумму договора – 400 000 (четыреста тысяч) тенге с учетом НДС.

4. В соответствии с п. 9.1 и 10.14 осуществить закупки способом из одного источника в случае, наличия одного не отклоненного ценового предложения потенциального поставщика, закупка осуществляется у данного потенциального поставщика.

5. Во исполнение п. 3 настоящего Протокола победителю закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.5

Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.

6. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**



Купенов Б.Г.

Исп. Цырахматов Е.Р.
Тел.23-21-50

Таблица цен к протоколу итогов №30 от 19.02.2026г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС	ИП Воробьева Е.М.
1	Цифровая панель контроля.	Цифровая панель контроля. Предназначена для управления, устройства для промывки внутренних каналов эндоскопа, "Score Viddy" состоит из двух плат, объединённых шлейфом, на передней плате присутствует цифровой дисплей для отображение времени, а так же три кнопки управления. На второй плате расположенный микро процессоры, электро-магнитные реле а так же другие элементы. Рабочие питания платы 24V(вольта) постоянного тока. Присутствуют четыре отверстия М3 для фиксации на корпусе. Габаритные размеры 70x70x40 вес не более 500 грамм.	шт	1	400 000	400 000	400 000