

Протокол итогов №54
по итогам закупки услуг способом запроса ценовых предложений

«31» марта 2026 года

г. Астана

Заказчик/организатор закупки: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупки товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правила) осуществил закупку услуг способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых услуг, краткое описание, цена закупаемых услуг, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. По результатам рассмотрения:

3.1. Закупка по следующему лоту признана несостоявшейся:

Лот №1 — отсутствуют ценовые предложения от потенциальных поставщиков.

**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**

Купенов Б.Г.



Исп. Шаяхметов Е.Р.
Тел.23-21-50

Таблица цен к протоколу итогов №54 от 31.03.2026г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС	ЗАЯВКА (от потенциально го поставщика)
1	Услуги по сервисному обслуживанию анализатора ИИ-500, Diaped, Био-Кад	<p>Однi раз в год. Определение групп крови АВО/D, Фенотипирование Rh/K, Скрининг антител, Прямой антиглобулиновый тест, Титрование антител, Перекрестное определение групп крови, Совместимость, Идентификация антител, Определение отдельных антигенов.</p> <p>Замена полугодового набора - ИИ-500 Maintenance Kit 6 months (кат.номер: 0595080) - 1 шт.</p> <p>Замена годового набора - ИИ-500 Maintenance Kit 12 months (кат.номер: 0595078)-1 шт.</p> <p>Замена проб заборной иглы - SAMPLING NEEDLE (кат.номер: 0595004) - 1 шт.</p> <p>Замена фардизированной вены - FARADIZED VEIN (кат.номер: 0595129) - 1 шт</p> <p>Замена кабеля определения уровня - LEVEL DETECTION CABLE (кат.номер: 0595048) - 1 шт</p> <p>Головой набор влючает в себя:</p> <p>Кабель. Гриппера спиралобразный - Gripper spiral cable (кат.номер: 0595047) - 1 шт.</p> <p>Проб заборная игла - SAMPLING NEEDLE (кат.номер: 0595004) - 1 шт.</p> <p>Сосуд для системной жидкости - Intermediate tank (кат.номер: 0595116) - 1 шт.</p> <p>Жидкостной фильтр на 25 микрон - Fluidic filter 25 micron (кат.номер: 0595058) - 1 шт.</p> <p>В стойкость услуг входит: замена вышеуказанных наборов, калибровка отдельных моделей прибора с использованием специализированных инструментов завода производителя иммуногематологического анализатора «ИИ-500», проверка заборных кюветной гриппера, проверка и настройка через сервисную программу читающей камеры анализатора (апертура и подсветка), чистка прокаливателя гелевых карт и его де-контаминация, проверка и настройка через сервисную программу прокаливателя диллюента и ионизатора, чистка программы прокаливателя гелевых карт, чистка прокаливателя диллюента и его де-контаминация, проверка и настройка через сервисную программу прокаливателя диллюента и ионизатора, чистка промывочной станции и отверстия локализации иглы, а также де-контаминация. Визуальная инспекция всех патрубков прибора. ТУ10, ТУ11, ТУ13 системы отходов. Проверка выдвигающих ящиков анализатора.</p>	Услуга	1	1 889 142	1 889 142	отсутствует