

**Протокол итогов тендера №14
по закупкам расходных материалов**

**АО «Национальный научный медицинский центр»
г. Астана пр. Абылай-хана, 42**

**10 час 00 мин.
18.06.2018 год**

Тендерная комиссия провела тендер по закупкам расходных материалов.

1. Общая сумма, выделенная для закупки по лотам **14 045 400,00 (Четырнадцать миллионов сорок пять тысяч четыреста) тенге:**

№ лот а	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
1	Набор трехпросветного катетера (интродьюсерная игла)	шт	918	14 045 400,00

2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Номер лота Местонахождение	Номер лота	Дата и время представления
1	ТОО «Гелика»	СКО г.Петропавловск, улица Маяковского,95	№1	12.06.2018г. время 14ч.10 мин
2	ТОО «Favorite medical»	г. Астана, пр. Тәуелсіздік	№ 1	14.06.2018г.время 08ч.00 мин
3	ТОО «Сапа Мед астана»	г.Астана, ул.Жубанова 23/1	№ 1	14.06.2018г. время 08.50мин

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представившего тендерную заявку соответствуют требованиям, п.13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.(далее – Правила).

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки:

1.ТОО «Гелика»

№ Лота	Наименование товара,предлагаемого потенциальным поставщиком	Сумма ценового предложения по таблице цен,тенге
1	Набор трехпросветного катетера (интродьюсерная игла)	12 400 000,00

2. ТОО «Favorite medical»

№ Лота	Наименование товара, предлагаемого потенциальным поставщиком	Сумма ценового предложения по таблице цен, тенге
1	Набор трехпросветного катетера (интродьюсерная игла)	12 838 230,00

3. ТОО «Сапа Мед астана»

№ Лота	Наименование товара, предлагаемого потенциальным поставщиком	Сумма ценового предложения по таблице цен, тенге
1	Набор трехпросветного катетера (интродьюсерная игла)	7 344 000,00

4. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок путем голосования РЕШИЛА:

1) признать выигравшим следующие тендерные заявки:

Лот №1 – ТОО «Гелика», СКО г.Петропавловск, улица Маяковского, 95

5. В соответствии с пунктом 89 Глава 9 Правил в срок до 25 июля 2018 года заключить договора со следующими потенциальными поставщиком:

Лот №1 – ТОО «Гелика», СКО г.Петропавловск, улица Маяковского, 95

7. Экспертная комиссия привлекалась.


Секретарю тендерной комиссии Айткулова Ж.М. предоставить (направить) копии данного протокола об итогах тендера всем участникам тендера, разместить текст протокола на сайте организатора закупок.

За данное решение проголосовали:

ЗА- 5 голосов (против – нет, воздержавшихся – нет).

Председатель тендерной комиссии:

Первый заместитель председателя правления



Кадырова Е. А.

Заместитель председателя тендерной комиссии:


Заместитель по финансово-экономическим вопросам



Баймуханова Б.К


Члены комиссии:

Главный экономист отдела планирования и экономического анализа




Тәжібаева Ж. Ж.

Руководитель отдела государственных закупок



Рахимова Л. З.

Руководитель сестринской службы



Ибраев Ж.А.

Секретарь комиссии:

специалист по государственным закупкам



Айткулова Ж.М.

Членам тендерной комиссии

АО ННМЦ

Экспертное заключение

По тендеру, по закупу расходного материала набора трехпросветного катетера. Изучив представленные технические спецификации потенциальных поставщиков считаю, что:

1. Технические спецификации ТОО «Фаворит» и ТОО «ГЕЛИКА» соответствует заявленным требованиям тендерных документов.
2. Техническая спецификация ТОО САПА-МЕД не соответствует по следующим основаниям:
 - А). В представленном комплекте отсутствует кабель ЭКГ.
 - Б). Не соответствует размер проводника.
 - В). Не соответствует размер иглы.

Руководитель ЦАРИТ



Смаилов М.Б.

18.06.2018