



БҰЙРЫҚ

Нұр-Сұлтан қаласы

№ 550

ПРИКАЗ

город Нур-Султан

«24» 12 2019

Тендер әдісімен реагенттерді сатып алуды өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы" Қаулысына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес тендер тәсілімен реагенттерді сатып алу жасалсын. Тендер мәлімдемесі бар конверттерді ашуды 2020 жылдың «15» қаңтар сағат 11.30-ге тағайындалсын.

2. Келесі құрамда тендер комиссиясы құрылсын:

Кадырова Е.А.

Тендерлік комиссияның төрайымы – басқарма
төрағасының бірінші орынбасары

Рахимова Л.З.

Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары –
мемлекеттік сатып алу бөлімінің жетекшісі

Тендерлік комиссияның мүшелері:

Кожахметова Г.К.

- бас экономист;

Тәжібаев Қ.Б.

- заң бөлімінің басшысы.

Маскеева А.К.

- дәріхана меңгерушісі

3. Тендерлік комиссияның хатшысы болып мемлекеттік сатып алу бөлімінің маманы Ахмадиева А.Т. айқындалсын.

4. Бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және жоғарыда аталған құрылымдық бөлімшелерді қол қоюмен таныстыруға тиісті.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Басқарма төрағасының орынбасары



Е.Қадырова



БҰЙРЫҚ

Нұр-Сұлтан қаласы

№ 550

ПРИКАЗ

город Нур-Султан

« 24 » 12 20 19

О проведении закупки реагентов способом тендера

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг" (далее – Правила), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести закупку реагентов согласно Приложению 1 к настоящему приказу способом тендера. Вскрытие конвертов с тендерными заявками назначить на **11:30 часов «15» января 2020 года.**

2. Создать тендерную комиссию в следующем составе:

Кадырова Е.А

- **Председатель тендерной комиссии** – первый заместитель председателя правления.

Рахимова Л.З.

- **Заместитель председателя тендерной комиссии** - руководитель отдела государственных закупок.

члены тендерной комиссии:

Кожамметова Г.К.

- главный экономист;

Тажибаев К.Б

- руководитель юридического отдела;

Маскеева А.К.

- заведующая аптекой.

3. Утвердить прилагаемую тендерную документацию, представляемую организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере.

4. Определить секретарем тендерной комиссии специалиста отдела государственных закупок –Ахмадиеву А.Т.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя правления



Е. Кадырова



«Утверждено»
Первый заместитель
директора управления
Кадыева Е.А.

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика	изм.	К-во	Цена, за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки способом тендера, тенге
1.	АЧТВ 5+5х10мл (900тестов)	АЧТВ реагент из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики АСЛ ELITE/АСЛ ELITE PRO с принадлежностями (5х10мл+5х10мл), t +2+8 С Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагулянтному действию гепарина и наливичино ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок хранения вскрытой упаковки : на борту 3 дня, при t+2 +8С - 30 дней. Парог рентабельности 48. По заморозке - нет данных.	упк.	4	31 143,00	124 572,00
2.	Редипластин- 5х19мл	Редипластин – реагент для определения ПВ, 20 мл. Из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro АСЛ TOP, 5х1мл,5х19мл/ t +2 +8 С	упк.	4	65 507,00	262 028,00
3.	Тромбиновое время	Тромбиновое время. Тромбиновое время - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики АСЛ ELITE/АСЛ ELITE PRO с принадлежностями (4х2.5 от 8 мл; 1х9 мл) +2 +8 С).Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки : На борту - 8 часов, при t +2 +8С-15 дней. Порог рентабельности 28. По заморозке - нет данных.	упк	2	30 845,00	61 690,00
4.	Набор фибриноген по Клаусу 10х2мл	Набор фибриноген по Клаусу 10х2мл (320тестов).Фибриноген QFA - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики АСЛ ELITE/АСЛ ELITE PRO с принадлежностями (10х2мл) +2 +8 С).Реагент для определения фибриногена	упк	3	103 224,00	309 672,00

		по Кляусу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-6 дней, при t +2 + 8С - 7 дней. Парог рентабельности 4. По заморозке - нет данных.				
5.	Калибровочная плазма (10х1мл)	Калибровочная плазма 10х1мл. Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматического коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1мл) t +2 +8 С. Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8С -24 часов.. По заморозке - 24 часа при t -20С.	упк	1	68 117,00	68 117,00
6.	Нормальный контроль 10х1мл	Нормальный контроль 20003110, 10х1мл. Нормальный контроль - из комплекта анализатор автоматического коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1мл), t +2 +8 С. Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, однократных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протенинов С и S. Значения для всех анализов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8С -24 часов.. По заморозке - 7 дней при t -20С.	упк.	2	69 461,00	138 922,00
7.	Высокий патологический контроль 10х1мл коагулометрический	Высокий патологический контроль 10х1мл. Высокий патологический контроль- из комплекта анализатор автоматического коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1мл), t +2 +8 С. Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протенинов С и S. Значения для всех анализов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8С -24 часов.. По заморозке - 7 дней при t -20С.	упк.	2	63 669,00	127 338,00
8.	Низкий патологический контроль 10х1мл	Низкий патологический контроль 10х1мл. Низкий патологический контроль- из комплекта анализатор автоматического коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1мл), t +2 +8 С. Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протенинов С и S. Значения для всех анализов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8С -24 часов.. По заморозке - 7 дней при t -20С.	упк.	3	66 436,00	199 308,00
9.	Моющий агент В, 1х80мл	Моющий агент В, 1х80мл. Моющий агент - из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл)+15 +25 С Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия.	упк.	6	4 809,00	28 854,00

		Форма выпуска: жидкая, готовая к применению.				
10.	Моющий р-р А 1х500мл	Моющий р-р А 1х500мл.Моющий раствор - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 С Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению.	упк.	12	11 295,00	135 540,00
11.	Разбавитель факторов 1х100мл(на500и ссл)	Разбавитель факторов 1х100мл(на500и ссл).Разбавитель факторов - из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями,(1х100 мл), t +15 +25 С.Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия.	упк.	3	9 619,00	28 857,00
12.	Протеин С 1х8мл,4х2,5мл	Протеин С/ (уп.: 2 фл. по 2,5 мл реагента + 2 фл. по 2,5 мл субстрата + 1 фл. по 8 мл разбавителя) Протеин С- из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1х8мл; 4х2,5мл) +2+8 С Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме в качестве первичного скрининга. Повышенная стабильность реагента, широкая область линейности. Реагент не интерферирует с ВА, фактором VIII. Отмечена устойчивость к активированному Протеину С. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Срок вскрытой упаковки: На борту-5 дней, при t +2 + 8С -3 месяца. По заморозке – нет данных, Порог рентабельности 6	упк.	1	232 493,00	232 493,00
13.	Д-Димер высокочувствительный	Д-Димер высокочувствительный (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOR	упк.	1	216 775,00	216 775,00
14.	Антитромбин жидкий 4х2мл	Антитромбин жидкий 4х2мл Антитромбин жидкий из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOR 700 LAS в комплекте с реагентами и принадлежностями,(4х2 мл) t +2+8С	упк.	1	62 325,00	62 325,00
15.	Контроль Д-Димера	Контроль Д-Димера (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOR. Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-2 дня, при t +2 + 8С -1 месяц. По заморозке - 2месяца при t -20С.	упк.	1	105 702,00	105 702,00
16.	Промывочный р-р	Промывочный раствор - раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOR.	бут	20	63 489,00	1 269 780,00
17.	анти,дерные антитела скрининг	Набор для качественного измерения антиядерные антитела скрининг, в сыворотке или плазме крови. Состав: 1) микропланшет из 12 модулей. 2) калибратор содержащий антитела ANA в сыворотке/буфере 1х1,5мл. 3) контроль отрицательных, содержащих антитела ANA в сыворотке/буфере 1х15мл. 3)Образец буфера Р,содержащий PBS,BSA моющее средство, консервант натрия и желтый концентрат 20мл. 4)фермент конъюгированный содержащий антитела к борьбе с человеческим IgG,HRP, помечены PBS,BSAмоющее	упк.	2	93 150,00	186 300,00

		средство, консервант 15мл. 5) субстрат содержащий 3,3'-5,5'-тетраметилбензидин бесцветный 15мл.			
18.	антинейрофильные цитоплазматические антитела	Набор для определения антинейрофильных цитоплазматических антител скрининг - ANCA со 196 тестов. Состав: 1) 96 тестов состоит из 8 кажда из которых состоит из 12 модулей. 2) контроль А отрицательный, сыворотка буфер матрицы (PBS, BSA моющее средство, NaN ₃ 0,09%) ANCA содержащий антитела. IX 1,5мл. 3) управление В сыворотка/буфер матрицы (PBS, BSA моющее средство, NaN ₃ 0,09%) ANCA содержащий антитела. 4) контроль С (положительный) 5) образец Р желтый PBS, BSA моющее средство, защитное средство, защитный азит натрия 0,009% 15мл. 5) фермент: светло-красный, нечеловеческие антитела IgG помеченные HRP, PBS, BSA, моющее средство. 6) субстрат раствор (3,3'-5,5'-тетра метил бензидин) 15мл. 7) стиральный буфер : трис, моющее средство, защитный азит натрия 0,09% 20мл.	упк.	1	245 916,00
19.	Альдестерон	Определение альдестерона 96 определений, температура хранения +2+8t C			
20.	Антитела к митохондриям	Набор для количественного определения анти-михондриальных M2 антител методом ИФА , Антитела к митохондриям (AMA-M2). Состав: 1) Делящийся микропланшет состоит из 8 скважин, каждый из которых состоит из 12 модулей. 2) калибратор А 0 МЕ/мл, содержащий сыворотку/буферную матрицу (PBS, BSA, моющее средство, NaN ₃ 0,09%) 1x1,5мл. 3) Калибратор В 12,5 МЕ / мл, сыворотка/буферная матрица (PBS, BSA, моющее средство, NaN ₃ 0,09%), Но-м2 содержит антитела. 1x1,5мл. 4) Калибратор к 25 МЕ / мл, матрица сыворотки / буфера (PBS, BSA, тензид, NaN ₃ 0,09%), AMA-M2 содержит антитела 1x1,5мл. 5) Калибратор D 50 МЕ / мл, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN ₃ 0,09%), желтый. 6) Калибратор E 100 МЕ / мл, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, NaN ₃ 0,09%), желтый. 7) Калибратор F 200 МЕ / мл, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN ₃ 0,09%), желтый. 8) Контроль положительный, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN ₃ 0,09%), желтый. 9) Контроль отрицательный, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN ₃ 0,09%), желтый. Готовый к использованию. 10) Буфер образца Р, содержащий PBS, BSA, детергент, консервант азид натрия 0,09%, желтый, концентрат (5 x). 11) Enzytme Conjugate containing anti-human IgG antibodies, HRP labelled: PBS, BSA, detergent, preservative PROCLIN 0,05%, light red. Ready to use. 12) Субстрат TMB; содержащий 3,3', 5,5' - Тетраметилбензидин, бесцветный. Готовый к использованию. Промывочный буфер, содержащий Трис, моющее средство, консервант азид натрия 0,09%; 50 x conc.	упк.	2	105 300,00
21.	Антифосфолипиды д скрининг	Анти-фосфолипидных антител IgG экрана/IgM представляет собой тест-система ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ для выявления наличия IgG и класса IgM аутоантитела против кардиолипина, фосфатидилсерина, фосфатидил инозитола, фосфатидной кислоты и бета-2-гликопротеин I в сыворотке или плазме крови человека. Данный продукт предназначен только для профессионального использования.	упк.	1	153 570,00
22.	Кондиционер	Реагент для ухода за зондом. Медицинское изделие - реагенты, контрольные материалы и		1	136 243,00
					136 243,00

	для проб	калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторов "ARCNTEST I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипетора. 4фл х 25мл каждый кондиционирующий раствор, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант ProCln 300, температура хранения +2 +8t C.	упк.			
23.	Р-Р пре-триггера (1лх4) 3600тест,	Раствор Пре-триггера. Реагенты диагностические in vitro для модульного иммунохимического анализатора ARCNTESTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Дeterгент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл, температура хранения +2 +8t C. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITEKT i1000SR	упк	3	60 482,00	181 446,00
24.	Триггер Р-Р (1лх4)	Раствор Триггера. Реагенты диагностические in vitro для модульного иммунохимического анализатора ARCNTESTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Дeterгент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл, температура хранения +15+25t C.	упк	2	27 376,00	54 752,00
25.	Anti-HBc II Reagent 100 тестов	Anti-HBc реагент. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architest. Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл. 4,56 мл с микрочастицами, сенсibilизированными поверхностным (Е. coli, рекомбинантным) антигеном гепатита В (подтипы ад и ау), в ТРИС-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,125% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. 1фл х 5,9 мл коньюгата: акридин-меченый коньюгат поверхностного (Е. coli, рекомбинантного) антигена гепатита В(под типы адиау) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими и плазма крови человека. Минимальная концентрация: 0,10 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты.	упк	2	140 400,00	280 800,00
26.	Anti-HBc II Calibrators	Anti-HBc Calibrator предназначен для калибровки теста при количественном определении антител к поверхностному антигену гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов Анти-HBc Калибраторы: Калибратор I содержит рекальцинированную плазму крови человека и является неактивным к Анти-HBs, Калибратор 2 реактивен на анти-HBs.	упк	1	68 400,00	68 400,00
27.	Anti-HBc II Controls	Анти-HBc II Контроли. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architest. Набор реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы при качественном опаределении антител в ядерному антигену инфекции гепатита В(анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 2 флакона (8,0 мл каждый) контролей Anti-HBc II: отрицательный контроль и положительный контроль. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Положительный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека и краситель, он реактивен на анти-HBc. Консерванты: ProCln 950 и азид натрия..	упк	1	9 720,00	9 720,00

28.	Anti-HBc-IgM Reagent 100 тестов	Anti-HBc IgM Реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ArchiTest. Набор реагентов для качественного определения антител IgM к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-HBc IgM) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 фл. х 5,6 мл микрокапсул: микрокапсулы, сенсibilизированные антителами к IgM человека (мышиние, моноклональные), в ТРИС-буфере с протениновыми (бычьими, козыими) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,12% твердых веществ. Консерванты: противомикробные препараты. 1 фл. х 5,9 мл с конъюгатом: конъюгат акридин-меченого ядерного антигена вирусного гепатита В (Е. coli, рекомбинантный) в сукцинатном буфере с протениновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: 0,4 мкг/мл. Консерванты: противомикробные препараты.	упк	1	120 327,00	120 327,00
29.	Anti-HBs reagent 100 тестов	Anti-HBs реагент. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ArchiTest. Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 фл. 4,56 мл с микрокапсулами, сенсibilизированными поверхностным (Е. coli, рекомбинантным) антигеном гепатита В (подтипы ad и ay), в ТРИС-буфере с протениновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,125% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. 1 фл х 5,9 мл конъюгата: акридин-меченый конъюгат поверхностного (Е. coli, рекомбинантного) антигена гепатита В (под типы адиау) в МЕС буфере с протениновыми стабилизаторами (бычьими и плазма крови человека. Минимальная концентрация: 0,10 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты; .	упк	2	93 088,00	186 176,00
30.	ARC Anti-HBs Calibrator	Anti-HBs Calibrator предназначен для калибровки теста при количественном определении антител к поверхностному антигену гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов Anti-HBs Калибраторы: Калибратор1 содержит рекальцинированную плазму крови человека и является неактивным к Anti-HBs, Калибратор 2 реактивен на анти-HBs. Для анализатора ARCHITEST i1000SR.	упк	1	48 385,00	48 385,00
31.	Anti-HBs Controls	Anti-HBs Контроль. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ArchiTest. Набор реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITEST i System (реагентов, калибраторов и анализатора) при количественном определении антител к поверхностному антигену гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 3 флакона (8 мл каждый) контролей Anti-HBs Control в рекальцинированной плазме крови человека. Положительные контроли (2 флакона) реактивны на анти-HBs. Добавлены красители и консервант: 0,1% азид натрия.	упк	1	68 758,00	68 758,00
32.	Anti-HCV реагент антитела к вир.геп.С 100тестов	Anti-HCV реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ArchiTest. Набор реагентов для для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл, HCV (Е. coli, дрожжи, рекомбинант) с	упк	20	124 800,00	2 496 000,00

		сенсibilизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл коньюгата: мышинный анти-IgG/анти-IgM коньюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста Anti-HCV, содержащий TRIS-буфер с протениновыми стабилизаторами. Консервант: противомикробные препараты.			
33.	Калибратор Anti-HCV-антигена к вир.геп.С 1х4мл	Anti-HCV Калибратор. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ArchiTest. Наборы реагентов для калировки системы при качественном определении антиген к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора Anti-HCV, притовленный в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов.			
34.	Anti-HCV Control	Anti-HCV Контроли. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ArchiTest. Наборы реагентов для для проверки калировки системы при качественном определении антиген к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 2 флакона (8 мл каждый) контролей Anti-HCV в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов.			
35.	HBSAG QUAL II CAL	Предназначен для проведения калировки теста HBSAg качеств II. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов HBSAg Qualitative II Calibrators. Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBSAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека. Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека. В тесте HBSAg Qualitative II Подтверждающий Калибратор 2 используется для расчета % нейтрализации.			
36.	HBSAG QUAL II CONF RGT 50 ТЕСТОВ	HBSAg качественный II подтверждающий реагент. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITEST i". Набор реагентов для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBSAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (6,6 мл) микрочастиц, сенсibilизированных антигенами к HBS (мышинными, моноклональными, IgM, IgG) в MES-буфере с протениновым стабилизатором (альбумин бычьей сыворотки крови). Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) антиген к HBS (мышинных, моноклональных, IgG) и акридин-меченого коньюгата антиген к HBS (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протениновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки крови, фетальная бычья сыворотка крови, козы IgG, мышинные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) дополнительного промывочного буфера, содержащего MES-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 1, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, реактивную на анти-HBs. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон			
		упк	1	51 854,00	51 854,00
		упк	1	70 300,00	70 300,00
		упк	1	68 758,00	68 758,00
		упк	1	53 650,00	53 650,00

		(2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 2, содержащего рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClim 950 и азид натрия. .			
37.	NbsAg QUAL II реагент поверх.а/г вир.геп.В III100 тест	НBSAG качественный II реагент. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (НbsAg) на анализаторе "АРСНТЕСНТ i". Набор реагентов, используемый для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (НBSAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 фл.* 5,9мл акридин-меченого конъюгата антител к НBS (мышинных, моноклональных, IgG) и антител к НBS (козых, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки) крови, фетальная бычья сыворотка крови, козы IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты: ProClim 300 и ProClim 950. 1ф*5,9 мл дополнительного промывочного буфера, содержащего MES-буфер. Консерванты: ProClim 300 и ProClim 950..	упк	20	48 950,00 979 000,00
38.	Контроль НbsAg QUAL II- поверх.а/г вир.геп.ВII	Предназначены для оценки воспроизводимости теста при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена гепатита В (НBSAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием наборов реагентов НBSAg качеств II и НBSAg качеств II Подтверждающий. Содержит 2 флакона (по 8 мл каждый) НBSAg качеств II Контроли: отрицательный контроль, положительный контроль. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Положительный контроль содержит инактивированный очищенный НBSAg человека (подтип ad/ay) в фосфатном буфере с плазмой крови человека.	упк	1	68 758,00 68 758,00
39.	Candida albicans- FL	Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией	упк	1	55 105,00 55 105,00
40.	EBV- скрин/монитор- FL	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией " EBV- скрин/монитор	упк	1	124 370,00 124 370,00
41.	Elecsys АСТН на 100 тестов	Кассета Аденокортикотропный гормон для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для количественного определения in vitro адренокортикотропного гормона (АКТГ) в человеческой ЭДТА плазме Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка АСТН. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АСТН- Аб-биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АКТГ антитела (мышинные) 0,3 мг/л; MESb буфер 50 ммоль/л, pH 6,2; консервант. R2 Анти-АСТН-Аб~Ru(bv) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-АСТН антитела (мышь), меченые рутением комплексом 0,3 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л,	упк	1	179 259,00 179 259,00

		рН 6,2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
42.	альфафетопротени на 100 тестов	Кассета Альфа фетопротени (АФР) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1-фетопротени в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка АФР. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АФП-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные анти-АФП-антитела (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные анти-АФП-антитела (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-АФП-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-АФП-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 12,0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6,0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать.			
43.	Anti-TPO на 100тестов	Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тиреоидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение анти-ТПО используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка А-ТРО. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТПО-антитела~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональные анти-ТПО-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1,0 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, рН 7,2; консервант. R2 ТПО~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированный ТПО (рекомбинант) 0,15 мг/л; TRIS-буфер 30 ммоль/л, рН 7,0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
44.	Elecsys C-peptid на 100 тестов	Кассета C-пептид (C-Peptide) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения C-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для диагностики и лечения пациентов с нарушением секреции инсулина. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СРЕПТИД. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-C-пептидные-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-C-пептидные антитела (мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 6,0; консервант. R2 Анти-C-пептидные-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-C-пептидные антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0,4 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 6,0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать.			
45.	СА 125 - онкомаркер на	Кассета Анtigen опухоли CA 125 (СА 125) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения реактивных эпителий			

	100 тестов	ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка СА125 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СА 125-антигена-биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-СА 125-антигено (M11; мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,4; консервант. R2 Анти-СА 125-антигена-Ру(bру) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-СА 125 антигено (ОС 125, мыши), меченое рутениевым комплексом 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.				
46.	СА 15-3 - онкомаркер на 100тестов	Кассета Антиген опухолевый 15-3 II (СА 15-3 II) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения СА 15-3 в сыворотке и плазме крови человека в качестве вспомогательной процедуры для мониторинга пациентов с раком молочной железы. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА 15-3 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СА 15-3-антигена-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные антитела (115D8; мыши) 1,75 мг/л; фосфатный буфер 20 ммоль/л, pH 6,0; консервант. R2 Anti-СА 15-3-Ab~Ру(bру) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-СА 15-3 антигено (DF3, мыши), меченое рутениевым комплексом 10 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать.	упк	3	102 800,00	308 400,00
47.	СА 19-9 - онкомаркер на 100тестов	Кассета Антиген опухолевый 19-9 (СА 19-9) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 19-9 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА19-9. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Anti-СА 19-9-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-СА 19-9 антигена (мыши) 3 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6,5; консервант. R2 Anti-СА 19-9-Ab~Ру(bру) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-СА 19-9 антигена (мыши), меченые рутениевым комплексом 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6,5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.	упк	7	102 800,00	719 600,00
48.	Elecsys Са 72-4 набор для определения онкомаркера СА 72-4	Кассета Антиген опухолевый 72-4 (СА 72-4) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения СА 72-4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СА72-4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые	упк	1	162 252,00	162 252,00

		стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СА 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-СА 72-4-антитело (СС49; мыши), 1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.8; консервант. R2 Анти-СА 72-4-Ab~Ru(bvu) (Черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (B72.3; мыши), мечены рутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.8; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.				
49.	СЕА -карциново эмбриональный антиген на 100тестов	Кассета Раково-эмбриональный антиген (СЕА) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения СЕА в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка СЕА. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-СЕА-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-СЕА антитела (мыши/человека) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-СЕА-Ab~Ru(bvu) (Черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-СЕА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.	упк	7	75 000,00	525 000,00
50.	Очищающий р-р 6*380мл,	для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов Используется для выполнения следующих задач: ■ Очистка системы труб и измерительной головки после каждого измерения ■ Подготовка электродов Реагенты - рабочие растворы 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки КОН 176 ммоль/л (соответствует pH 13.2); детергент ≤ 1 %.	упк	15	26 614,00	399 210,00
51.	Cortisol на 100 тестов	Кассета Кортизол (Cortisol) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения кортизола в сыворотке, плазме крови и слюне человека. Измерение кортизола используется для диагностики и лечения функциональных нарушений надпочечников. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами промаркирована как СОРТ II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-кортизол антитела ~ биотин (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-кортизол антитела (овечьи) 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭСb-буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Кортизол-пептид~Ru(bvu) (крышка черного цвета), 1 флакон, 10 мл: Производное кортизола (синтетическое), меченое рутениевым комплексом 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭС-буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.	упк	1	47 802,00	47 802,00
52.	Суфа 21-1 на 100 тестов	Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Суфа 21-1) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На	упк	3	204 998,00	614 994,00

		упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CUFRA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-цитокератин 19-Ab~биотин (серый колпачок), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-цитокератин 19-антитело (KS 19.1; мыши), 1.5 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-цитокератин 19-Ab~Ru(bvru) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-цитокератин 19 антитела (BM 19.21; мыши), меченые рутениевым комплексом 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.			
53.	Разбавитель универсальный 2*16	применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помещается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл в каждом Содержание: Белковая матрица; консервант ≤ 0.1 % Условия хранения: Хранить при 2-8 °C.			
54.	Кассета Эстрадиол G ₂ на 100тестов	Кассета Эстрадиол (Estradiol) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка E2 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-эстрадиол-Ab~биотин (серая пробка), 1 флакон, 9 мл: Два биотинилированных моноклональных антитела против эстрадиола (кролик) 2.5 нг/мл и 4.5 нг/мл; местеролон 130 нг/мл; буферный раствор MESb) 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Эстрадиол-пептид~Ru(bvru) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производное эстрадиола, меченое рутениевым комплексом 4.5 нг/мл; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.			
55.	Кассета Ферритин на 100 тестов	Кассета Ferritin для анализатора Elecsys cobas e 100 определений V2. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FER. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ферритин-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ферритин антитела (мыши) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-ферритин-Ab~Ru(bvru) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ферритин-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 6.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.			
56.	FT3 - свободный трийодтиронин на 200тестов	Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FT3 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые			
		упк	4	100 000,00	400 000,00
		упк	5	57 000,00	285 000,00
		упк	1	39 000,00	39 000,00
		упк	2	14 994,00	29 988,00

		стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-Т3-антитело~Ru(bру) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти-Т3-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Т3~биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный Т3 2.4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
57.	FT4 - свободный тироксин на 200 тестов	Кассета FT4 G2 для анализатора Elecsys cobas e 200 определений. Предназначен для количественного определения несвязанного тирокина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-Т4-Ab~Ru(bру) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти-Т4-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Т4~биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный Т4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
58.	Кассета Простата-специфический для определения ПСА свободного	Кассета Простата-специфический антиген свободный (free PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест in vitro для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FRSA. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела~Ru(bру) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
59.	Кассета Фолат на 100тестов	Кассета Фолиевой кислоты (Folate) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (MESNA) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок~Ru(bру) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор);			
		упк	6	68 946,00	413 676,00
		упк	2	57 000,00	114 000,00
		упк	1	43 000,00	43 000,00

		Боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты-биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.			
60.	Sys Clean - p-p для системной очистки 5*100мл	Для очистки модулей на анализаторах Roche/Hitachi. Для очистки иммунологических анализаторов Elecsys и собас e. Реагенты и рабочие растворы: 5 флаконов, каждый по 100 мл Компоненты: Гидроксид натрия, 3 моль/л Раствор гипохлорита натрия. Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте. Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C			
61.	Кассета инсулин на 100тестов	Кассета Инсулин (Insulin) для анализаторов Собас e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используют в диагностике и лечении различных нарушений углеводного обмена, в том числе при сахарном диабете и гипогликемии. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка INSULIN. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-инсулин-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-инсулиновые антитела (мышиные) 1 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-инсулин-антитела-Ru(bru) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-инсулиновые антитела (мышин), меченые рутениевым комплексом 1.75 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.			
62.	Кассета нейроспецифическая эндолаза на 100тестов	Кассета NSE для анализатора Elecsys собас e 100 определений. Иммунотест для количественного определения in vitro нейронспецифической эндолазы (NSE) в сыворотке крови человека. Измерения NSE используются для мониторинга терапии и течения заболеваний у пациентов с опухолями, особенно при мелкоклеточной бронхимальной карциноме и нейроblastоме. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка NSE. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-NSE-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-NSE антитела 18E5 (мышин) 1.0 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-NSE-антитела-Ru(bru) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-NSE антитела 84B10 (мышин), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности.			
63.	Presicontrol Anti-NAV IgM	Набор контрольных сывороток Presicontrol Anti-NAV IgM предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-NAV IgM иммунохимическим методом. Для анализатора Elecsys и собас e. 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-NAV IgM; консервант. : 8 флаконов,			

		каждый из которых содержит по 0,67 мл контрольной сыворотки Анти-NAV IgM антитела (человека) около 3 Е/мл) в сыворотке крови человека; консервант. Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.			
64.	РесіСontrol Thyro АВ V2 4x2.0ml,	Набор контрольных сывороток РесіСontrol ThyroAB предназначен для контроля качества тестов Еіесус Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg иммунохимическим методом. Для анализатора Еіесус и собас е. • РС THYRO1: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки • РС THYRO2: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	94 101,00
65.	РесіСontrol Universal 4x3 ml	Набор контрольных сывороток РесіСontrol Universal предназначен для контроля качества иммунохимическим методом на анализаторах Еіесус и собас е. Набор РесіСontrol Universal содержит лيوфилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов Еіесус. Реагенты - рабочие растворы • РС U1: 2 фл. для 2 x 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	27 565,00
66.	РесіСontrol Varia 4x2.0ml	Набор РесіСontrol Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов иммунохимическим методом. Для анализатора Еіесус и собас е. Реагенты и рабочие растворы: РС V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки • РС V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	53 229,00
67.	Буферный Р-Р 6*380мл	Для анализаторов Собас е, Еіесус на 100 тестов используется для выполнения следующих задач: 1,2,3,4 • Подготовка электродов • Перенос реакционной смеси • Промывка микропластинок, покрытых стрептавидином • Генерация сигналов Реагенты - рабочие растворы 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6,8	упк	15	23 428,00
68.	РТН паратгомона 100 тест	Кассета Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone РТН) для анализаторов Собас е, Еіесус на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека для дифференциальной диагностики гиперкальциемии и гипокальциемии. Тест Еіесус РТН можно использовать во время операции. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка РТН. М Микропластины, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микропластины, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-PTH-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 7 мл: Биотинилированные моноклональные анти-РТН-антитела (мыши) 2.3 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Анти-РТН-антитело~Ru(bvru)	упк	1	128 000,00
					128 000,00

		(черная крышка), 1 флакон, 7 мл: Моноклональные анти-PTN-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.				
69.	Sys Wash - Промывочный раствор 1*500мл	Системный раствор. Для анализатора Cobas e, Elecsys. Назначение: добавляется в емкость с дистиллированной водой для предотвращения образования микроорганизмов, а также для удаления кислорода из воды. Реагенты и рабочие растворы: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С.	упк	5	13 839,00	69 195,00
70.	Кассета Тиреоглобулин потверждающий на 50 тестов	Кассета TG G2 Configmatorу Тестов для анализатора Elecsys cobas e 50 определений. Тест Тg II Configmatorу Тестов предназначен для использования в комбинации с тестом Тg II для оценки потенциальных эффектов интерференции и с целью подтверждения соответствующих результатов Тg. Тg II Configmatorу Тестов Тg II подтверждающий реагент (черная закручивающаяся крышка), 1 флакон для 3 мл: Приблизительно 350 нг/мл Тg (человека) в матриксе лиофилизованной сыворотки крови человека. Данные о концентрации, специфичной для серии, смотрите на этикетке флакона. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.	упк	1	107 883,00	107 883,00
71.	Кассета общий простатоспециан тиген ПСА на 100 тестов	Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.	упк	5	58 800,00	294 000,00
72.	Кассета ТТТ тиреотропный гормон на 200тестов	Кассета Тиреотропный гормон (TSH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.	упк	5	85 493,00	427 465,00
73.	Кассета Vitamin	Кассета Витамин B12 (Vitamin B12) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов.	упк	1	45 919,00	45 919,00

		100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
76.	Калибратор АСТН набор для определения Адренокортикотропного гормона АКТГ	Калибровочный набор АСТН CalSet предназначен для калибровки количественного анализа АСТН на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: АСТН Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • АСТН Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 АСТН (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 15 пг/мл и примерно 120 пг/мл) в матриксе лошадиной сыворотке крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	28 515,00
77.	Калибратор Anti-TPO CS 4*1.5ml	Калибровочный набор Anti-TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Anti-TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Anti-TPO Cal1: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 • Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти-ТПО антитела (овцы) в двух диапазонах концентрации (примерно 35 МЕ/мл и примерно 350 МЕ/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	27 565,00
78.	Калибратор СА 125 II CS 4 x1,0 мл	Калибровочный набор СА 125 II CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа СА 125 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: СА125 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • СА125 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация человеческого СА 125 в лошадиной сывороточной матрице (СА125 II Cal1) составляет 0 Е/мл; СА125 II Cal2 содержит примерно 500 Е/мл человеческого СА 125 в человеческой сывороточной матрице; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	58 000,00
79.	Калибратор СА 15-3 II CS	Калибровочный набор СА 15-3 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа СА 15-3 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • СА 15-3 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • СА 15-3 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 СА 15-3 (человека) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 15 Е/мл и приблизительно 100 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С.	упк	1	29 466,00
80.	Калибратор СА19-9 CS 4x1,0мл	Калибровочный набор СА 19-9 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа СА 19-9 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • СА19-9 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • СА19-9 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 СА 19-9 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 20 Е/мл и приблизительно 250 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	26 659,00
81.	Калибратор DHEA-S CS	Калибровочный набор DHEA-S CalSet предназначен для калибровки количественного анализа DHEA-S на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. DHEAS Cal1:	упк	1	34 218,00
					34 218,00

		2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • DHEAS Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 DHEA-S (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и примерно 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в исходном матриксе человеческой сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.			
82.	Калибратор Estradiol G3 CalSet II	Калибровочный набор Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Estradiol III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: E2 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • E2 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Эстрадиол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 73 пмоль/л или 20 пг/мл и приблизительно 7340 пмоль/л или 2000 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	39 500,00
83.	Калибратор FT4 CS 4x1,0мл	Калибровочный набор FT4 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	35 611,00
84.	Калибратор HCG+beta II CS	Калибровочный набор HCG+β CalSet предназначен для калибровки количественного анализа HCG+β на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: HCG+β Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • HCG+β Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Хорионический гонадотропин человека (из мочи) в двух диапазонах концентраций (приблиз. 1.5 МЕ/мл и приблиз. 2000 МЕ/мл) в сыворотке крови человека с буфером. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	27 565,00
85.	Калибратор LH CalSet II 4*1 мл	Калибровочный набор LH CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: LH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • LH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ЛГ (человека) в двух диапазонах концентраций (примерно 1 МЕ/мл и примерно 45 МЕ/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	27 177,00
86.	Калибратор NSE CS 4x1,0мл	Калибровочный набор NSE CalSet предназначен для калибровки количественного анализа NSE на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. NSE Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • NSE Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 NSE (человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.5 нг/мл и примерно 50 нг/мл) в матриксе буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки), азид натрия. Хранить при 2-8 °С.	упк	1	33 737,00

		Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.			
87.	Калибратор Progesteron G3 Calset 2 Gen.	Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и собас е. Реагенты и рабочие растворы: ПРОГ III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ ПРОГ III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Progesteron (из растительных материалов) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.6 нмоль/л или 0.2 нг/мл и примерно 169 нмоль/л или 53 нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	33 268,00
88.	Калибратор SHBG	Калибровочный набор SHBG CalSet предназначен для калибровки количественного анализа SHBG на иммунохимических анализаторах Elecsys и собас е. SHBG Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ SHBG Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация SHBG Cal1 составляет приблизительно 0 нмоль/л; SHBG Cal2 содержит приблизительно 40 нмоль/л человеческого SHBG в матриксе сыворотки крови человека. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	33 737,00
89.	Калибратор T3 CS 4*1,0мл	Калибровочный набор T3 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа T3 на иммунохимических анализаторах Elecsys и собас е. Реагенты и рабочие растворы: T3 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ T3 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 T3 в двух диапазонах концентрации (примерно 1.25 нмоль/л или 0.8 нг/мл и примерно 8.5 нмоль/л или 5.5 нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	28 114,00
90.	Калибратор T4 CS 4x1,0мл	Калибровочный набор T4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа T4 на иммунохимических анализаторах Elecsys и собас е. Реагенты и рабочие растворы: T4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ T4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентрации (приблизительно 50 нмоль/л или 3.9 мкг/дл и приблизительно 230 нмоль/л или 17.9 мкг/дл) в буферной/белковой (бычий сывороточный альбумин) матрице. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	27 177,00
91.	Калибратор Витамин B12 CS 4x1,0мл	Vitamin B12 II CalSet используется для калибровки количественного анализа Vitamin B12 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и собас е. Реагенты и рабочие растворы: ■ B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	22 812,00
92.	Калибратор Кортизол	Калибровочный набор Cortisol II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Cortisol II на иммунохимических анализаторах Elecsys и собас е. Реагенты и	упк	1	68 946,00

	/Cortisol CS 4*1мл	рабочие растворы: CORT II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • CORT II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Кортизол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 12.5 нмоль/л или 0.45 мкг/дл и приблизительно 1000 нмоль/л или 36 мкг/дл) в матрице из человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.			
93.	Калибратор общий ПСА/ total PSA CS 4x1,0мл	калибровочный набор total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа total PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • PSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 PSA (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 0 нг/мл и примерно 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.			
94.	Калибратор Тестостерон G2 CS 4x1мл	Калибровочный набор Testosterone II CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Testosterone II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: • ТЕСТОВО Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • ТЕСТОВО Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тестостерон (из растительного материала) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.4 нг/мл или 40 нг/дл или 1.4 нмоль/л и приблизительно 11.5 нг/мл или 1150 нг/дл или 40 нмоль/л) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	28 515,00
95.	Калибратор ТГ/Тг G2 CS	Калибровочный набор Тг II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Тг II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Тг II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • Тг II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тироглобулин (человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.15 нг/мл и приблизительно 180 нг/мл) в матрице из лошадиной сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	37 070,00
96.	Калибратор ТТГ для тиреотропного гормона	Калибровочный набор TSH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: TSH Cal1: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 • TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация TSH Cal1 в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл: TSH Cal2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл ТТГ (человеческого) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	28 515,00
97.	Калибратор фолат/Folate III CS	Калибровочный набор Folate III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Folate III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: FOL III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • FOL III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации. Условия хранения: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности.	упк	1	30 000,00
98.	Лютенизирующий	Кассета Лутенизирующий гормон (LH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов.	упк	1	49 000,00

	ий гормон (ЛГ) на 100тестов	Назначение: Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка ЛН. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ЛГ-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ЛН-антитела (мыши) 2,0 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, рН 8,0; консервант. R2 Анти-ЛГ-антитела~Ru(bv) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ЛГ антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом, 0,3 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, рН 8,0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.				
99.	Протестерон/Pro gestrone G3 на 100тестов	Кассета Протестерон (Progesterone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения протестерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PPOG III.М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-протестерон-антитела-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное антитело к протестерону(рекомбинантное/овежье) 30 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л,рН 7,0; консервант. R2 Протестерон-пептид~Ru(bv) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Протестерон (раствительного происхождения), связанный с синтетическим пептидом, помеченный рутениевым комплексом 2 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л, рН 7,0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.	упк	1	74 461,00	74 461,00
100.	Пролактин /Prolactin на 100 тестов	Кассета Пролактин (Prolactin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PRL II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-пролактин-антитела-биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мыши) 0,7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7,0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела~Ru(bv) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-пролактин антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0,35 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7,0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.	упк	2	72 393,00	144 786,00
101.	Тестостерон/ Testosterone на 100тестов	Кассета Тестостерон (Testosterone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентом наклеена этикетка ТЕСТОВО II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6,5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант. R1 Анти-тестостерон-Ag-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-тестостерон-антитело (овцы) 40 нг/мл; высвобождающий реагент 2-	упк	1	80 896,00	80 896,00

		бромэстрадиол; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Тестостерон-пептид~Ru(бру) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производная тестостерона, меченая рутениевым комплексом 1.5 нг/мл; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
102.	Фолликулолизирующий гормон FSH на 100 тестов	Кассета Фолликулин-стимулирующий гормон FSH (Follicle-stimulating hormone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: тест для количественного определения фолликулолизирующего гормона в человеческой сыворотке крови и плазме. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ФСГ-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ФСГ-антитела (мыши) 0.5 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-ФСГ-антитело~Ru(бру) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ФСГ антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0.8 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °С До конца срока годности.			
103.	Экстрагируемые ядерные антитела скрининг, 96	является тест-система ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ для качественного скрининга аутоантител класса IgG против экстрагирования ядерные антителы (Эна) в сыворотке или плазме крови человека. Этот продукт предназначен для профессиональной диагностики in vitro только.			
104.	Gardnerella vaginalis-FL	Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией			
105.	HBV-Монитор FL количественный геп. В	Набор реагентов полной комплектации для количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».			
106.	НСV-Монитор FL Количественный геп. С	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С (НСV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" Количество тестов: 50 Метод детекции: FRT. Комплектация: Полный набор реагентов Фасовка: Флаконы с реагентами, Tag-F полимеразная форма: вариант FRT, 50F, полная комплектация.			
Итого:					21 004 822,00

Руководитель ОГЗ

Рахимова Д.З.