

Протокол №1
об итогах тендера по закупке медицинских изделий

Республика Казахстан,
г. Астана, пр. Абылай-хана 42

«03» марта 2023 года
«16» часов «00» минут

1. Тендерная комиссия в составе:

- Купенов Б.Г. - Заместитель Председателя Правления по медицинской деятельности, председатель тендерной комиссии
- Ибраев Ж.А. - Руководитель сестринской службы, заместитель председателя тендерной комиссии

Члены тендерной комиссии:

- Дузбаев Е.С. - старший специалист отдела закупок, член тендерной комиссии
- Исанова Е.Т. - И.о.руководителя юридического отдела, член тендерной комиссии;
- Есимтаева С.Т. - Руководитель отдела планирования и экономического анализа, член тендерной комиссии;

2. Наименование и краткое описание закупаемых изделий медицинского назначения, сумма, выделенная для закупа:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Цена, за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
1.	Халат хирургический одноразовый стерильный	шт	3 700	3 800	14 060 000
2.	Халат хирургический плотность не менее 69 г/м2 стерильный	шт	10 000	1 650	16 500 000
3.	Халат хирургический одноразовый нестерильный	шт	21 200	530	11 236 000
4.	Халат хирургический одноразовый стерильный длина 140см	шт	8 520	680	5 793 600
5.	Перчатки нитриловые нестерильные	пара	297 800	83	24 717 400
6.	Бинт медицинский эластичный 5,0x120mm средней растяжимости	шт	1 654	3 540	5 855 160
7.	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная ширина 90 см в рулонах по 1000 метров	метр	106 730	150	16 009 500

8.	Перчатки стерильные хирургические	пара	11 750	1 177	13 829 750
9.	Перчатки латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные	пара	29 575	353	10 439 975

3.Сумма, выделенная для закупки: 118 441 385 (сто восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча триста восемьдесят пять) тенге.

4.Заявки на участие в тендере, представленные потенциальными поставщиками до истечения окончательного срока представления заявок (до «09» часов 23.02.2023 года):

№	Полное наименование потенциальных поставщиков	Юридический адрес потенциальных поставщиков	Дата и время представления тендерных заявок
1	ТОО «Текстильная фабрика В.А.Е.Р.	РК, г.Шымкент,Енбекшинский район,квартал №264, здание 278	13.02.2023 года 12ч. 43 мин
2	ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»	РК, г.Атырау, микрорайон Курсай,проезд 3, дом 2.	17.02.2023 года 12ч. 08 мин
3	ТОО «Clever Medical»	РК, г.Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, строение 433	17.02.2023 года 13ч. 47 мин
4	ТОО «ШерКомСервис»	РК, г.Алматы, пр.Райымбек №348/4, офис 513	20.02.2023 года 08ч. 58 мин
5	ТОО «Гелика»	РК, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95	20.02.2023 года 09ч. 33 мин
6	ТОО «OLYMPUS PHARMACY»	РК, г.Шымкент, Абайский район, ул.Октябрьская, дом 81	20.02.2023 года 09ч. 59 мин
7	ТОО «Мерусар и К»	РК, г.Павлодар, ул.Чайковского, 5	21.02.2023 года 11ч. 23 мин
8	ТОО «Medical Active Group»	РК, г.Павлодар, ул.Российская дом 6	21.02.2023 года 16ч. 36 мин
9	ТОО Альянс-Medica	РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева д.27	22.02.2023 года 12ч. 20 мин
10	ИП «Бекмагамбетова Сара Алтынбековна»	РК, г.Астана, район Алматы, проспект Абылайхана 24	22.02.2023 года 16ч. 25 мин
11	ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»	РК, г.Астана, район Есиль, Проспект Кабанбай Батыр, дом 46Б, н.п.2	23.02.2023 года 08ч. 03 мин
12	ТОО «Ангрофарм-НС»	РК, г.Астана, пр.Тәуелсіздік 12/1	23.02.2023 года 08ч. 37 мин
13	ТОО «VITA PHARMA»	РК, г. Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36	23.02.2023 года 08ч. 58 мин

5. Цены предложенные поставщиками указаны в таблице:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Цена, за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки способом тендера, тенге	ОО «Текстильная фабрика В.А.Е. Р.»	ОО «МЕДФАР МИМПОРТ»	ОО «Clever Medical»	ОО «ШеркомСервис»	ОО «Гелика»	ОО «OLYMPUS PHARMACY»	ОО «Мерус и К»	ОО «Medical Active Group»	ОО Альянс Medica	ИП «Бекмагамбетова Сара Алтынбековна»	ОО «КАЗАХСТАН-МЕДДЕЗ»	ОО «Антрофарм-НС»	ОО «VITA PHARMA»
1.	Халат хирургический одноразовый стерильный	шт	3 700	3 800	14 060 000			3 580				2 880						3 540
2.	Халат хирургический плотно сшитый менее 69 г/м2 стерильный	шт	10 000	1 650	16 500 000							1 500						1 490
3.	Халат хирургический одноразовый нестерильный	шт	21 200	530	11 236 000												495	
4.	Халат хирургический одноразовый стерильный длина 140см	шт	8 520	680	5 793 600												630	
5.	Перчатки нитриловые нестер	пара	297 800	83	24 717 400				47,10		70	55			83		43	82,50

[illegible]

6. Оценка и сопоставление тендерных заявок

Наименование поставщика	Квалификационные требования	Техническая часть
ТОО «Текстильная фабрика В.А.Е.Р.	соответствует	не соответствует по лоту №7 на основании пп.7) пункта 130-39 Правил
ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»	соответствует	соответствует
ТОО «Clever Medical»	соответствует	соответствует
ТОО «ШерКомСервис»	соответствует	не соответствует по лоту №8 (Экспертное заключение)
ТОО «Гелика»	соответствует	не соответствует по лоту №6 на основании пп.7) пункта 130-39 Правил
ТОО «OLYMPUS PHARMACY»	соответствует	соответствует
ТОО «Мерусар и К»	соответствует	соответствует
ТОО «Medical Active Group»	соответствует	соответствует
ТОО Альянс-Medica	соответствует	соответствует
ИП «Бекмагамбетова Сара Алтынбековна»	соответствует	не соответствует
ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»	соответствует	соответствует
ТОО «Ангрофарм-НС»	соответствует	не соответствует по лоту №6 на основании пп.8) пункта 130-39 Правил
ТОО «VITA PHARMA»	соответствует	соответствует

7. Комиссия оценила и сопоставила ценовые предложения, принятые для участия в закупе и определила выигравшую заявку на основе требований Правил и технической спецификации указанной в тендерной документации.

8. Экспертная комиссия привлечалась.

9.Тендерная комиссия на основании пунктов 130-38, 130-39, 130-43 Правил

РЕШИЛА:

9.1 на основании подпункта 8) пункта 130-39 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «Ангрофарм-НС» по лоту № 6 (потенциальным поставщиком представлена недостоверная информация в частности плотности хлопка);

9.2. на основании подпункта 7) пункта 130-39 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «ГЕЛИКА» по лоту №6 (потенциальным поставщиком представлена техническая спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации);

9.3. на основании подпункта 7) пункта 130-39 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «Текстильная фабрика В.А.Е.Р.», по лоту №7 (потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям тендерной документации);

9.4. Отклонить тендерную заявку ТОО «ШерКомСервис, по лоту №8 (экспертное заключение прилагается).

9.5. При рассмотрении тендерных заявок был привлечен эксперт: Руководитель операционного блока ННМЦ Конакбай Б.К., а также Руководитель КХО- Ерпашов А.П. (экспертное заключение прилагается).

10. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок путем открытого голосования,

РЕШИЛА:

Признать победителем тендера следующих поставщиков:

1) По лоту №1 ТОО «Мерусар и К» (г.Павлодар, ул.Чайковского, 5) на основании п.14 Главы 5 Правил. Торговое наименование: «Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт».

2) По лотам №2,3,4,5 ТОО «VITA PHARMA» (г. Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36) на основании п.14 Главы 5 Правил. Торговое наименование:

Лот №2 «Халат хирургический «VITA PHARMA» стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения, из нетканного материала в различных вариантах исполнения;

Лот №3 «Халат хирургический из нетканного материала одноразовый нестерильный»;

Лот №4 «Халат хирургический «VITA PHARMA» стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения, из нетканного материала в различных вариантах исполнения;

Лот №5 «Перчатки «VITA PHARMA» медицинские, диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые.

3) По лоту №6,8,9 ТОО «VITA PHARMA» (г. Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36), на основании пункта 130-43 Правил.

Торговое наименование:

Лот №6 «Бинты медицинские эластичные, компрессионные различных вариантов исполнения;

Лот №8 ТОО «VITA PHARMA» (г. Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36) Торговое наименование: «Перчатки «Surgal-MicroTex» микрохирургические, латексные, текстурированные, неопудренные.стерильные;

Лот №9 ТОО «VITA PHARMA» (г. Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36) Торговое наименование: «Перчатки «Surgal-Tex» хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные.

4) Лот №7 ТОО «Альянс-Medica» (РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева д.2).

6) признать тендерную заявку ТОО «VITA PHARMA» (г. Астана, ул.Ташенова д.4, офис 36), второй по наименьшей цене после предложения ТОО «Мерусар и К» по лоту № 1;

7) признать тендерную ТОО «Мерусар и К» (г. Павлодар, ул.Чайковского, 5), второй по наименьшей цене после предложения ТОО «VITA PHARMA» по лоту № 2;


8) признать тендерную заявку ТОО «ШерКомСервис» (РК, г.Алматы, пр.Райымбек №348/4, офис 513), второй по наименьшей цене после предложения ТОО «VITA PHARMA» по лоту № 9;

11. Организатору тендера не позднее 3(трех) рабочих дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе Заказчика.

Председатель тендерной комиссии



Купенов Б.Г


Заместитель Председателя тендерной комиссии


Ибраев Ж.А.

Члены тендерной комиссии:


Дузбаев Е.С.


Исанова Е.Т.


Есимтаева С.Т.

Секретарь тендерной комиссии


Муканова А.Т.



Экспертное заключение

Лот № 8 «Перчатки хирургические Safegloves латексные неопудренные стерильные»

Отдел: Операционный блок

При составлении годовой заявки, была подана техническая характеристика Перчатки хирургические тонкие и повышенной чувствительности: «Перчатки латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности - на 20% тоньше обычной хирургической перчатки, должны соответствовать международным стандартам». Однако, в процессе работы оперирующими кардиохирургами в перчатках Safegloves во время проведения операций было обнаружено, что данные перчатки не имеют нужной тактильной чувствительности, резина толстая, нет комфорта при работе. При завязывании узлов невозможно определить силу натяжения узлов, что приводит к обрыву ниток и может привести к развитию осложнений при кардиохирургических операциях.

Таким образом, различие Safegloves оказалось в следующем:

- отсутствие заявленной сверхчувствительности, что крайне важно для работы на сердце и, особенно, с сосудах;
- заметно толще тех перчаток, которые приобретались в предыдущие годы;
- дискомфорт при длительном использовании

В этой связи необходимо заменить перчатки Safegloves на качественные и комфортные перчатки, соответствующие нашим заявленным техническим требованиям.

Руководитель операционного блока ННМЦ

Конакбай Б.К.

Руководитель КХО

Ерпашов А.П.

03.03.2023 г.