

Протокол итогов № 3

«11» октября 2023 года

Заказчик/организатор закупки: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Астана, пр. Абылай хана, дом 42.
1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «НМЦ»)

услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №1 от «07» декабря 2022 года (далее – Правила) осуществила закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

предложения в установленных сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. По результатам рассмотрения по сплетением товарам, поставщикам, представлявшие ценовые предложения, кратко описанию, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые

1) Лот №1 – 700 "QURU", РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Жүмекен Нәжімеденов, д. 4/1, н.п.205, сумма договора – 11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч) тенге.

4. Во исполнение п. 3 настоящего Протокола победителям закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.5 Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.

... и обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

Кыиенов Б.Г.



Исн. Елмурамбетова М.Г.
Тел.23-21-50



Таблица цен к протоколу итогов №3 от 11.10.2023г

№ до та	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО "QUDURU" 09.10.2023г. 10:40 часов
1	Дефибриллятор-монитор VeneHeart D3 (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, КНР)	Тип дефибриллятора - внешняя дефибрилляция. Дисплей цветной жидкокристаллический – наличие. Размер, не менее 7,0 дюймов. Разрешение, не менее 800 x 480. Кол-во волн на экране не менее 3. Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей – наличие. Экспорт данных на ПК с помощью USB-накопителя – наличие. Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации – наличие. Дампа тревоги – наличие. Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети, новорожденные – наличие. Li-ion батарея не менее 5600mAh – наличие. Время зарядки батареи: до 80% не более двух часов, до 100% не более трех часов. Рабочее время батареи: Режим мониторинга не менее 2 часов. Режим дефибрилляции не менее 100 разрядов по 360 Дж. Режим кардиостимуляции не менее 2 часов (с нагрузкой 50 Ом, частота	штук	2,00	5 850 000,00	11 700 000,00	5 850 000,00
Итого:						11 700 000,00	

604